

Опросный лист для заказа лабораторного оборудования:

Автоматический рефрактометр

Для измерения показателя преломления по ГОСТ 18995.2

Диапазон измерения:	1,3200 -1,7000
Точность измерения:	0,0001
Минимальная индикация:	0,0001
Сенсорный экран:	цветной
Функция контроля температуры:	есть
Диапазон термостатирования:	10°C -60°C
Точность по температуре:	0,1 °C
Термомодуль Пельтье	есть
Регистрация в Госреестре	есть
Первичная поверка	есть
Рабочие среды:	моноэтаноламин, диэтаноламин, триэтаноламин, метилдиэтаноламина, оксиэтилированные жирные спирты и амины, поликарбоксилаты
Диапазон pH рабочих сред:	от 2 ед. pH до 12 ед. pH

Гал