

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторного оборудования

для лаборатории санитарного контроля и охраны окружающей среды ООО «Синтез ОКА»

### 1. Перечень приобретаемого лабораторного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Стол лабораторный островной	шт.	1
2	Стол лабораторный пристенный	шт.	1

### 2. Обязательные требования к приобретаемому лабораторному оборудованию

№ п/п	Наименование	Описание
1	Стол лабораторный островной	<ul style="list-style-type: none"><li>- Цвет – серый,</li><li>- размеры (Д*Г*В*) примерно 2800*900*1500,</li><li>- каркас - металлический,</li><li>- рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит бесшовный) с бортиком из полипропилена,</li><li>- тумбы с дверцами и полками по всему периметру,</li><li>- встроенная полипропиленовая раковина со смесителем,</li><li>- выключатель IP 55.</li></ul> Надстройка: <ul style="list-style-type: none"><li>- светильники IP 65 ,</li><li>- не менее 4 розеток с крышками в брызгозащитном исполнении (220 В),</li><li>- 2 титровальные установки,</li><li>- сушка для посуды.</li></ul>
2	Стол лабораторный пристенный	<ul style="list-style-type: none"><li>- Цвет - серый</li><li>- размеры (Д*Г*В*) примерно 2800*900*800,</li><li>- каркас - металлический,</li><li>- рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит бесшовный) с бортиком из полипропилена,</li><li>- тумбы с дверцами и полками,</li><li>- тумба с раковиной из полипропилена и смесителем,</li><li>- выключатель IP55.</li></ul> Надстройка: <ul style="list-style-type: none"><li>- открытые полки,</li><li>- светильники IP 65,</li><li>- не менее 4 розеток с крышками в брызгозащитном исполнении (220 В),</li><li>- надстройка для дистиллятора.</li></ul>

**3. Требования к документации**

На все поставляемое оборудование должны быть предоставлены паспорта и сертификаты.

**4. Условия поставки и монтажа**

Доставку, монтаж лабораторного оборудования и подключение коммуникаций осуществляется силами и средствами поставщика.

**5. Гарантийное обслуживание**

Поставщик обязан обеспечить на поставляемое оборудование гарантийное обслуживание.

Начальник лаборатории СК и ООС  
Тел. (8313) 27-25-56



А.Н. Сироткина