

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лабораторного оборудования
для лаборатории санитарного контроля и охраны окружающей среды ООО «Синтез ОКА»

1. Перечень приобретаемого лабораторного оборудования

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1	Стол лабораторный островной	шт.	1
2	Стол лабораторный пристенный	шт.	1
3	Шкаф вытяжной с раковиной	шт.	1
4	Шкаф вытяжной	шт.	1

2. Обязательные требования к приобретаемому лабораторному оборудованию

№ п/п	Наименование	Описание
1	Стол лабораторный островной	<ul style="list-style-type: none">- Цвет – желательно серый,- размеры (Д*В*Ш*) примерно 2800*900*1500 мм,- каркас - металлический,- рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит) с бортиком,- тумбы: с дверцами и полками по всему периметру (по 2 двустворчатых ящика с полками и выдвижные ящики симметрично с двух сторон),- стол-мойка с полипропиленовой раковиной, смесителем и необходимым комплектом для подключения к коммуникациям, Надстройка: <ul style="list-style-type: none">- открытые полки и 2 боковых ящика с распашными дверцами,- не менее 4 розеток с крышками в брызгозащитном исполнении (220 В),- брызгозащитный экран,- сушилка для посуды.
2	Стол лабораторный пристенный	<ul style="list-style-type: none">- Цвет – желательно серый,- размеры (Д*В*Ш*) примерно 2500*900*800 мм,- каркас - металлический,- рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит) с бортиком,- раковина для слива и кран для холодной воды,- тумбы: ящики с дверцами и полками и выдвижным ящиком для бюреток, Надстройка: <ul style="list-style-type: none">- титровальная установка минимум на 3 бюретки с подсветкой,- открытые полки,- не менее 3 розеток с крышками в брызгозащитном исполнении (220 В),- выключатель,- настенная надстройка для аквадистиллятора.
3	Шкаф вытяжной	<ul style="list-style-type: none">- Цвет – желательно серый,- размеры (длина*глубина*высота) – не менее 1800 * 700 * 2000 мм,

		<ul style="list-style-type: none"> - каркас – металлический, - рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит) с бортиком, - тумбы с дверцами для хранения реактивов с принудительной вытяжкой, один отсек – полипропиленовый для хранения легко-воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), - наличие комплекта для подключения к вытяжной системе, - светильник, - выключатель, - розетки не менее 2 шт. (IP не ниже 56).
4	Шкаф вытяжной с раковиной	<ul style="list-style-type: none"> - Цвет – желательно серый, - размеры – <i>не менее</i> (длина*глубина*высота) 1800 * 700 * 2000 мм, - каркас – металлический, - рабочая поверхность из материалов устойчивых к воздействию химических веществ (керамогранит) с бортиком, - тумбы с дверцами для хранения реактивов с принудительной вытяжкой, - внутри шкафа небольшая полка, - наличие комплекта для подключения к вытяжной системе, - раковина полипропиленовая, - смеситель горячей и холодной воды, - светильник, - выключатель, - розетки не менее 2 шт. (IP не ниже 56).

3. Требования к документации

На все поставляемое оборудование должны быть предоставлены паспорта и сертификаты.

4. Условия поставки и монтажа

Доставку, монтаж лабораторного оборудования и вывоз упаковки осуществляется силами и средствами поставщика.

5. Гарантийное обслуживание

Поставщик обязан обеспечить на поставляемое оборудование гарантийное обслуживание.

Начальник лаборатории СК и ООС
Тел. 44-56



А.Н. Сироткина